

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Вх. № 219/02-01.24г.

до: ПК в ЧВ-60

ПК ~ 39

ПК ~ 66

12.01.24

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГИСТРАЦИОНЕН № И ДАТА

09-00-48/12.01.24

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Относно: Даване на съгласие за извършване на разход от „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД- гр.Велико Търново, ЕИК 104524994 за закупуване на ДМА – един брой употребявана дигитализираща система с осем броя касети със средства на търговското дружество.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Постъпило е молба за съгласие от Управителя на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД - гр.Велико Търново, ЕИК 104524994 с писмо изх. № РД-18-16/10.01.2024г., наш вх. № 20-70-1/10.01.2024г. за даване на съгласие за извършване на разход от „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД - гр.Велико Търново, ЕИК 104524994 за закупуване на ДМА – един брой употребявана дигитализираща система с осем броя касети със средства на търговското дружество на стойност 12 900,00лв. без ДДС.

В молбата на Управителя на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД - гр.Велико Търново, ЕИК 104524994 е аргументирана необходимостта, поради настъпилата авария на дигитализираща система, която е необходима във връзка с утвърден медицински стандарт по Образна диагностика /Наредба №9/13.07.2018г./ и привеждане на дейността на лечебното заведение в съответствие с нормативните изисквания.

Предвид горе изложеното на база необходимост от извършване на разход за закупуване от „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД - гр.Велико Търново, ЕИК 104524994 със собствени средства на търговското дружество за дигитализираща система с осем броя касети за нуждите на лечебната дейност за диагностика и лекуване на пациенти с онкологични заболявания в извършвана от „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД - гр.Велико Търново, ЕИК 104524994 в отделението по Образна диагностика на стойност 12 900,00лв. без ДДС, предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следните

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.2, чл.15, ал.1, т.8 от НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет дава съгласие на Управителя на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД-гр.Велико Търново, ЕИК 104524994 за извършване на разход от „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД - гр.Велико Търново, ЕИК 104524994 за закупуване на ДМА – един брой употребявана дигитализираща система с осем броя касети със средства на търговското дружество на стойност 12 900,00лв. без ДДС.

2. Извършването на разхода посочен в т.1 да се извърши по реда ЗОП.

3. Задължава Управителя на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД - гр.Велико Търново, ЕИК 104524994 да предостави информация на Великотърновски общински съвет относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

инж. ДАНИЕЛ ЦАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласували:

Снежана Данева - Иванова <
Заместник кмет „Финанси“

Мариян Маринов
Директор дирекция „Бюджет и финанси“

Десислава Йонкова
Директор дирекция „Правно обслужване и
Управление на собствеността“

Изготвил:


инж. Антон Койнаков

С.к. Котвищев
за председателство

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД
5000, гр. Велико Търново, ул. „Бузлуджа” №1; тел: 062/ 62 02 49, факс: 062/ 62 24 87,
www.onkologyvt.com; e – mail: onkovt@abv.bg

Изм. № 10-18-К/10.01.24г.

До Венцислав Спирдонов
Председател на
Великотърновски общински съвет



Копие:

До инж. д-р Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново

МОЛБА

от д-р Иван _____ Николов
Управител на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СПИРДОНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНОВ,**

На 12.06.2019 г. след получено съгласие с Решение № 1393 по Протокол № 52/28.02.2019 г. на Великотърновски общински съвет за закупуване на ДМА и след проведена обществена поръчка, "КОЦ- В. Търново" ЕООД е сключило Договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване на нова дигитализираща система (CR) за рентгенографски и мамографски изследвания с медицински монитор с висока резолюция.

Оборудването е необходимо във връзка с утвърден медицински стандарт по Образна диагностика (Наредба № 9/13.07.2018 г.) и привеждане дейността на лечебното заведение в съответствие с нормативните изисквания.

От 02.11.2023 г. дигитализиращата система е в неизправност. След посещение на инженер от фирмата, извършваща сервиз - БГ Медика ООД се установява износена зъбчатка (зъбно колело) на мотора за движение на касетата. За отстраняване на възникналия проблем е получено ценово предложение за необходимата резервна част на обща стойност 18 930,00 лв. с ДДС.

Освен описаното, отделението се нуждае от закупуване на два броя касети с размер 35 см/45 см, поради изтичане на заложения брой цикли на четене на фосфорните касети (70 000). Цената на касетите, с които работи наличния CR е около 4 000 лв. за 1 брой.

Междувременно до възстановяване на работа с дигитализиращата система, същата рисково се използва на минимален капацитет (само за пациенти, постъпващи в стационара), като всеки момент е възможно апаратът да спре напълно. Дори и при това използване се налага външна помощ при работа с касетите, за да се приберат в дигитайзера. Времето, необходимо в момента за извършване на мамографски снимки е над 30 минути за 1 пациент.

След извършено пазарно проучване са получени оферти за фабрично нов дигитайзер, за вече употребяван, но с по-къса гаранция и за надграждане на съществуващи апарати.

Предвид високите цени на чисто нови системи, а и на резервните части на съществуващия апарат, моля, на основание чл. 15, ал.1, т. 8 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново да дадете съгласие за закупуване на един брой употребявана дигитализираща система на стойност 12 900,00 лв. без ДДС, в която стойност са включени и осем броя от най - често използваните касети. Запуване на допълнителна диагностична работна станция не е необходимо.

Закупуването на ДМА ще бъде със собствени средства на търговското дружество.

Прилагам: Констативен протокол и оферти.

С уважение,

Д-р Иван Николов
Управител на КОЦ-В.Търново ЕОФД

ДО: Д-р Иван Николов, Управител
 „КОЦ – Велико Търново“ ЕООД
 гр. Велико Търново

Варна, 20.11.2023г.

КОПИЕ: ЗА КОГОТО ТОВА СЕ ОТНАСЯ

ОТНОСНО: Предложение за доставка на резервни части за
 медицинска апаратура

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Доставка на резервни части за дигитализираща система за рентгенографски и мамографски изображения ICR 3600M S/N: 1093-1259., както следва:

II.	РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ	БР.	ЦЕНА БЕЗ ДДС	ЦЕНА С ДДС
1.	Доставка на резервни части: <ul style="list-style-type: none"> • Електродвигател с редуктор и контролер • Зъбна предавка • Магнит NdFeB (1.00" x 0.25" x 0.13") 	1	15,775.00 Лв.	18,930.00 Лв.
	ОБЩО:		15,775.00 Лв.	18,930.00 Лв.

ВАЖНО: Монтаж на резервните части и транспортните разходи се заплащат допълнително, след влягането им в апарата, поради липса на сключен договор за сервизни услуги.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА:

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:	100% авансов превод за стойността на резервните части Плащане по банков път, по сметка на ДИАГОНАЛ ООД: IBAN: BG65PRCB92301001918820, BIC: PRCBVGSF Банка: ПроКредит Банк, Варна
СРОК НА ДОСТАВКА:	До 20 работни дни след авансово плащане
ГАРАНЦИОНЕН СРОК:	1 (една) година гаранция на вложените компоненти, срещу дефекти в материали, конструкция, изработка. Гаранцията не покрива случаи като, наранявания от удари, лошо или неправилно боравене, въздействие на вода или други течности, хардуерни или софтуерни модификации, лошо хранване, неразрешено използване на апаратурата и/или софтуера от трета страна или други въздействия, причиняващи затруднения или неработоспособност на системата.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА:	30 (тридесет) дни

С уважение,

Инж. Божидар Божиков, Управител
 ДИАГОНАЛ ООД

ВАЖНО С
СРЪЧНА ПЛАЩА

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ № 000302.....

ЗАЯВКА НА ПОВРЕДАТА:

Предал:	<i>Иван Иванов</i>	Дата/Час:	<i>2.11.23</i>
Приел:	<i>Маринка Костев</i>	Дата/Час:	<i>2.11.23</i>
Обект:	<i>Колба Зелено Пърново</i>		
Апарат:	<i>ICR 3600M</i>	S/N:	<i>1093-1259</i>

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ:

Гаранционно Извънгаранционно

Описание на заявката:

- Безна работи върху обратора*
- Изработил при сметки на колбата*
-

- Повредата е отстранена на място
- Ремонтът е осъществен в сервизни условия
- Повредата не е отстранена
- Апаратът е технически изправен и годен за експлоатация
- Персоналът е инструктиран за правилна и безопасна работа с апарата.

Извършена работа: _____ Дата/Час: *2.11.23*

Установено е нарушение във работата на мотора за движение на колбата. Сложено допълнително на удебелен апарат.
Апаратът е разглобен и почистен. Извършено на ремонт и удебелен. Заместител е удебелен предвид за временното компенсиране на износването.

Брой работни часове: *4* От До *11/15*

№	Вложени резервни части и материали	Количество	Цена в лева	Фактура

Забележки: *Необходимо е специални поддръжки на удебелената част за временното въвеждане на нормалната работа.*

Сервизен специалист: _____ Клиент: _____
П/П _____ П/П _____

ДО: Д-р Иван Николов, Управител
„КОЦ – Велико Търново“ ЕООД
гр. Велико Търново

Варна, 20.11.2023г.

КОПИЕ: ЗА КОГОТО ТОВА СЕ ОТНАСЯ

ОТНОСНО: Предложение за доставка на нов директно-дигитален рентгенов апарат

Уважаеми д-р Николов,

Представяме Ви предложение за доставка и монтаж на нов дигитален рентгенографски апарат в две конфигурации и нов мамографски апарат по избор.

❖ Предложените апарати са с информативна стойност

КОНФИГУРАЦИЯ:

- Рентгенов колонен статив с въртяща се и регулируема по височина рентгенова тръба
- Вертикален гръден статив
- Фиксирана по височина пациентна маса с четирипосочно плуващ пациентен плот.
- Високочестотен рентгенов генератор с мощност 40kW, трифазно захранване
- Рентгенова тръба с два фокуса (0,8/1,2мм)
- Ръчен колиimator с LED осветление и таймер
- АЕС – автоматичен експозиционен контрол
- Вграден прибор за измерване на дозата в мястото на изследване (DAP)
- Директно-дигитална система базирана на: един) преносим безжичен детектор (35/43см) или два детектора (43/43см).
- Работна конзола за едновременно управление на дигиталната система и рентгеновия генератор, пълна DICOM свързаност

ЦЕНОВА СПРАВКА:

Дигитален рентгенов апарат с интегрирана дигитална система	ЦЕНА БЕЗ ДДС
1. Дигитален рентгенов апарат с едодетекторна директно-дигитална система базирана на преносим безжичен 35/43см детектор .	140,000.00 Лв.
2. Дигитален рентгенов апарат с двудетекторна директно-дигитална система базирана на преносим безжичен 43/43см детектор, за пациентната маса и преносим безжичен 43/43см детектор, за вертикалния гръден статив	179,000.00 Лв.
3. Дигитален мамографски апарат за скринингови изследвания без биопсия.	196,000.00 лв
4. Дигитален мамографски апарат с томосинтеза и стереотактична приставка..	от 315,000 до 370,000.00 лв
ОПЦИИ	ЦЕНА БЕЗ ДДС
Елеваторна пациентна маса с плуващ пациентен плот вместо фиксирана по височина пациентна маса	+ 12,000.00 Лв.
Ротация на рентгеновия колонен статив +/- 180°	+ 1,500.00 Лв.

Телескопично рентгеново рамо (+/- 15cm) вместо фиксирано	+ 1,500.00 Лв.
Рентгенов генератор с мощност 50kW/65kW/80kW	+ 4,500.00 Лв.
Капацитивен рентгенов генератор с мощност 50/65/80kW	+ 3,500.00 Лв.
Удължена гаранция за рентгеновия апарат, за година, до 4 год. общо	+ 5,750.00 Лв.
Удължена гаранция за детекторите ВАЖНО: Удължената гаранция се купува преди доставка и монтаж на дигиталната рентгенова система.	При запитване
Други опции	При запитване

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА:

ЦЕНА:	Платима в Лева
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:	50% - Авансово плащане до 5 работни дни след подписване на договор за доставка 50% - Платими до 5 работни дни след монтаж и приемо-предавателен протокол
	Възможни са и други начини на плащане, след предварително съгласуване
СРОК НА ДОСТАВКА:	До 8 седмици дни след авансово плащане
ГАРАНЦИОНЕН СРОК:	1 (една) година пълна гаранция на дигиталния рентгенов апарат срещу дефекти в компоненти, материали, конструкция, изработка 2 (две) години пълна гаранция за детекторите, освен ако не е активиран сензора за удар 1 (една) години гаранция за рентгеновата тръба при ProRata
	Удължена гаранция се купува преди доставка и монтаж на дигиталната рентгенова система.
	Гаранцията не покрива случаи като наранявания от удари, лошо или неправилно боравене, въздействия от вода или други течности, хардуерни или софтуерни модификации, лошо захранване, неразрешено използване на апаратурата и/или софтуера от трета страна или други въздействия, причиняващи затруднения или неработоспособност на системата.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА:	30 дни от датата на офертата или при промяна на цените от Производителя

Инж. Божидар Божигов, Управител
ДИАГОНАЛ ООД



"Медикъл Импидж" ООД

Гр. София - 1505
ул. "Каймакчалан" № 1
тел./факс (02) 9442290
тел./факс (02) 9442916
моб. тел: 088 8723418; 088 7513310
dimaging@meddimage.com

Изх. No.23-4494-2/04.01.2024г

ДО

„КОЦ – В Търново” ЕООД

НА ВНИМАНИЕТО НА
Д-Р ИВАН НИКОЛОВ - УПРАВИТЕЛ

ОФЕРТА

Предлагаме на Вашето внимание оферта за фабрично нова универсална дигитализираща мамографска система AGFA CR30Xм за дигитализиране на конвенционалните и мамографските образи от аналогови графични апарати (стационарни, мобилни) и мамографи, независимо от производителя и модела им.

Основни съставни части и технически характеристики:

1/ Устройство за извличане на цифров образ - Дигитайзер

- Скорост на обработка на касети с фосфорни плаки - 60 касети/час
- Разделителна способност за конвенционални образи – по избор: 10 пиксела/мм и 20 пиксела/мм



- Разделителна способност за мамографски образи – 20 пиксела/мм за всички формати.
- работи с касети с фосфорни плаки с размери:
o конвенционални: 18/24, 24/30, 35/35, 35/43, 15/30см
o мамографски: 18/24 и 24/30 см
- Нива на сивото: 4096 (12 bit/pixel)
- Дълбочина на сканиране на образа: 16 bit/pixel
- Изход към работната станция: 20 bit/pixel

Innovations in Medical Imaging

AGFA 

"Медикъл Имидж" ООД

Гр. София - 1505
ул. "Каймакчалан" № 1
тел./факс (02) 9442290
тел./факс (02) 9442916
моб.тел: 088 8723418; 088 7513310
dimaging@meddimage.com

2/ Работна станция за въвеждане на данните на пациента и предварителна обработка на образа за конвенционални и мамографски образи (работно място за лаборант)

- LCD монитор с 24" диагонал.
- Софтуер за записване на образите върху CD заедно със софтуер за тяхното разглеждане и обработване
- Софтуер за обработка на конвенционални и мамографски образи
- Софтуер за допълнителна обработка на образите с графичен потребителски интерфейс на български език
- Софтуер за едновременно визуализиране в един образ на целия диапазон плътност (и меки, и твърди тъкани едновременно).
- Преобразуване на образите в JPEG.
- Възможност за принтиране на образи на медицински принтер чрез DICOM Print
- Софтуер за автоматично и ръчно изпращане на образите в DICOM 3.0 формат
- Възможност за автоматично сравнение на заснет образ с архивиран такъв на същия пациент от предходно изследване.
- Устройство UPS
- Интерфейс на български език

3/ Комплект касети, устойчиви на интензивна ежедневна употреба, с фосфорни плаки и електронен чип

- Конвенционални от формат 35/43 см – 2 бр.
- Мамографски касети с плаки от формат 18/24 см – 4 бр.

ОБЩА ЦЕНА НА СИСТЕМАТА (1/,2/,3/): 43 600 лв без ДДС


Сертифициране и Стандарти:

1. Предлаганият дигитализиращ модул е медицинско изделие, притежава CE-марка (съответствие с Европейска Директива 93/42/ЕС) и изцяло отговаря на Закона за Медицинските изделия. Отговаря напълно на българския Стандарт за Образна диагностика.

2. Стандарти:

- **EUREF:** сертификат и пълно съответствие с Европейската директива за скрининг и диагностични мамографски изследвания

Innovations in Medical Imaging





"Медикъл Имидж" ООД

Гр. София - 1505
ул. "Каймакчалан" № 1
тел./факс (02) 9442290
тел./факс (02) 9442916
моб.тел: 088 8723418; 088 7513310
dimaging@meddimage.com

- **DICOM: DICOM Service Class User (SCU)** относно: Verification, Storage, Query/Retrieve, Modality Work List, Print Management; **DICOM Service Class Provider (SCP)** относно: Verification, Storage Commitment, Query/Retrieve;
- **IHE:** стандартните транзакции на IHE-профили (CPI, PDI, PIR, SWR, ARI).

Общи условия:


1. Цената включва доставка, монтаж, обучение за работа, гаранционно обслужване, инструкция за работа на български език
2. Гаранция: 12 месеца, считано от датата на инсталация (пълна гаранция – включва части и труд).
3. Начин на плащане: по споразумение.
4. Срок на доставка: 4 - 6 седмици след подписване на договор

Апаратурата се произвежда в гр. Вайсенберг, провинция Бавария – Германия от AGFA HealthCare. Съответства на всички нормативни изисквания в ЕС и България.

Офертата е валидна до 31.01.2024 г.

С уважение,

д-р Бисер Стефанов



„МЕДИСТОМ“ ЕООД

ТЪРГОВИЯ С МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА И КОНСУМАТИВИ

Технически параметри

Модел	AGFA DX-M
Година на производство	2015 / УПОТРЕБЯВАН /
Касети в комплекта	4бр. 35cm x 43cm, 4бр. 18cm x 24cm - мамографски
Работен Софтуер	NX GEN RAD + Mammo, Български Език CD, Dicom Export
Работна Станция	HP Elite 8200, Varco Touchscreen
Монитор	19" Varco touchscreen - 1бр.
UPS	EATON / нови батерии /
Електрическо захранване	Монофазно 100-230 V/50-60 Hz
Размери	115 x 51 x 123 см (Ш x Д x В)
Тегло	180 кг
Други	Клавиатура, мишка, кабели, аксесоари.
Подробни технически характеристики има в приложената брошура.	

ЦЕНА - 12 900.00лв. без ДДС.

Включва транспорт, монтаж, гаранция 6 месеца. Системата е тествана, калибрирана.

Диагностична Работна Станция	Lenovo M93p - 1бр. 20" LCD monitor - 1 бр. K Pacs Free SW Клавиатура, мишка, кабели, аксесоари,
------------------------------	--

ЦЕНА - 800.00лв. без ДДС.

гр.Варна






С уважение:

МЕДИСТОМ ЕООД

управител Г.Георгиев

9000 Варна; ул. "Тича" №1; Тел./факс : +359 (0) 887 693900
e-mail : zoltzov@abv.bg
web : www.x-raybg.com

„МЕДИСТОРМ“ ЕООД
ТЪРГОВИЯ С МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА И КОНСУМАТИВИ

МОДЕЛ	CR 85-X	CR 85-X	CR DX-M	CR DX-M	CR DX-M
Външен Вид на Дигитайзера					
Година на производство	2006 / 2007	2006 / 2007	2011 IP cycles: 215 827	2011 IP cycles: 215 827	2015 IP cycles: 6 723
Размери (Ш x Д x В)	84 x 115 x 142 cm	84 x 115 x 142 cm	115 x 51 x 123 cm	115 x 51 x 123 cm	115 x 51 x 123 cm
тегло	497 kg	497 kg	180kg	180kg	180kg
NX SW	GEN RAD+MAMMO	GEN RAD+MAMMO	GEN RAD+MAMMO	GEN RAD+MAMMO	GEN RAD+MAMMO
касети/ час	112	112	83	83	83
Касети ТИП	MD 4.0	MD 4.0	HD 5.0	HD 5.0	HD 5.0
Касети в комплекта	46р. 35cm x 43cm, 46р. 18cm x 24cm/маммо	46р. 35cm x 43cm, 46р. 30cm x 24cm/маммо	46р. 35cm x 43cm, 46р. 18cm x 24cm/маммо	46р. 35cm x 43cm, 46р. 30cm x 24cm/маммо	46р. 35cm x 43cm, 46р. 18cm x 24cm/маммо
Работна станция	DELL Optiplex 745 + Колона с монитор 19" Barco touchscreen, UPS, клавиатура, мишка, ID reader	DELL Optiplex 745 + Колона с монитор 19" Barco touchscreen, UPS, клавиатура, мишка, ID reader	HP Elite 8200 + Колона с монитор 19" Barco touchscreen, UPS, клавиатура, мишка, ID reader	HP Elite 8200 + Колона с монитор 19" Barco touchscreen, UPS, клавиатура, мишка, ID reader	HP Elite 8200 + Колона с монитор 19" Barco touchscreen, UPS, клавиатура, мишка, ID reader
Цена без ДДС	9 800 лв	9 200 лв	12 000 лв	11 500 лв	12 900 лв

Допълнителна Диагностична станция в лекарски кабинет - Lenovo M93p +20" LCD monitor , KB, MS, K Pacs Free SW - 800лв без ДДС

9000 Варна; ул. "Тича" №1; Тел./факс : +359 (0) 887 693900
e-mail : office@medistormltd.com web : www.medistormltd.com

ДО: Д-р Иван Николов, Управител
 „КОЦ – Велико Търново“ ЕООД
 гр. Велико Търново
 Варна, 20.11.2023г.

КОПИЕ: ЗА КОГОТО ТОВА СЕ ОТНАСЯ
 ОТНОСНО: Дигитализиране на налични рентгенов и мамографски апарати.

Здравейте, д-р Николов,

Представям Ви актуално предложение за надграждане на аналоговите графичен рентгенов и мамографски апарати до дигитални, т.е тяхното дигитализиране в 4 конфигурации по избор.

ЦЕНОВА СПРАВКА:

№	ДИГИТАЛНИ СИСТЕМИ	ЦЕНА БЕЗ ДДС
1.	Еднодетекторна директно-дигитална система с 43/43см кабелно свързан детектор, професионална работна станция, DICOM свързаност с рентгенов графичен апарат.	23,500.00 Лв.
2.	Еднодетекторна директно-дигитална система с 35/43см преносим, безжичен детектор, професионална работна станция, DICOM свързаност с рентгенов графичен апарат.	25,550.00 Лв.
3.	Еднодетекторна директно-дигитална система с 43/43см преносим, безжичен детектор, професионална работна станция, DICOM свързаност с рентгенов графичен апарат.	26,550.00 Лв.
4.	Директно-дигитална система с 24/30см специализиран детектор за генериране на мамографски изображения. Безжична или кабелна връзка с професионална работна станция, DICOM свързаност с мамографски апарат.	49,950.00 Лв.
5.	Софтуерен пакет, включен в цената на дигиталните системи: DROC SW - DR Софтуер за четене на детектора и визуализиране на образите. Symphony – Специализиран софтуер за постобработка на медицински изображения. Film Composer – Подготовка за печат на образи към DICOM принтер. Grid Suppression – Софтуер за подтискане на артефакти от растера в образите DICOM Worklist - DICOM MWL (modality work list) software module. DICOM MPPS - DICOM MPPS software module. Manual-Stitching – Ръчно сглобяване на последователно генерирани медицински образи.	0,00 Лв.

ВЪРНЕНО С
 СЕРТИФИКАТ

	ОПЦИИ	ЦЕНА БЕЗ ДДС
6.	Generator Communication & UMC	3,500.00 Лв.

	Връзка с рентгеновия апарат (препоръчително)	
7.	Dual Detector Support Комуникационна поддръжка при двудетекторна DR система	2,300.00 Лв.
8.	Auto-Stitching Софтуерен пакет за автоматично свързване на последователно генерирани медицински изображения в едно панорамно изображение	3,600.00 Лв.
9.	Зареждане на батерията на детектора когато е в Буки кабинета (магнитен конектор, адаптер, захранващ кабел), за 1бр. Буки	800.00 Лв.
10.	Допълнителен вюър	1,500.00 Лв.
11.	Други опции и/или консумативи	При запитване

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА:

ЦЕНА:	Платима в Лева
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:	50% - Авансово плащане до 5 работни дни след подписване на договор за доставка 50% - Платими до 5 работни дни след монтаж и приемо-предавателен протокол
	Възможни са и други начини на плащане, след предварително съгласуване
СРОК НА ДОСТАВКА:	До 4 седмици след авансово плащане
ГАРАНЦИОНЕН СРОК:	3 (три) години, ако не е активиран сензора за удар в детектора. 1 (една) година за батерии, захранване, кабели, контролен бокс. Гаранцията е срещу дефекти в компоненти, материали, конструкция, изработка.
	Гаранцията не покрива случаи като наранявания от удари, лошо или неправилно боравене, въздействия от вода или други течности, хардуерни или софтуерни модификации, лошо захранване, неразрешено използване на апаратурата и/или софтуера от трета страна или други въздействия, причиняващи затруднения или неработоспособност на системата.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА:	30 дни от датата на офертата или при промяна на цените от Производителя

Инж. Божидар Божиков, Управител
ДИАГОНАЛ ООД

ДИАГОНАЛ